

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
27.05.2025 19:35

Αθήνα, 27 Μαΐου 2025

Προς: Υποψηφίους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 25PROC016686092 2025-04-17) για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης»

Αντικείμενο: Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: 371202, 371203, 371204, 371205, 371206, 371207, 371208), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (<https://ypen.gov.gr/>), στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής (www.growthfund.gr & <https://hradf.com/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, η Διενεργούσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

Λίστα Διευκρινίσεων / αιτημάτων

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης»

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1.	Τμήμα 1 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Στο Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Τμήμα 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ», γίνεται μια οριζόντια αναφορά - απαίτηση (Απαιτήσεις για Αναδόχους) σε όλους τους εξοπλισμούς με εξαίρεση στα είδη Α/Α 14 (Υποβρύχιο Remote Operating Vehicle-ROV), Α/Α 15 (Δειγματολήπτης πλαγκτού/μικρονηκτού), Α/Α 16 (Σύστημα υδροφώνων) και Α/Α 17 (Μη Επανδρωμένο όχημα Επιφανείας-USV) για «Παροχή ολοκληρωμένου συστήματος να διαθέτει CE». Σύμφωνα με την ισχύουσα Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, η οποία ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την σήμανση CE, ήτοι τη συμμόρφωση ηλεκτρολογικού υλικού, ορίζει στο άρθρο 1 ότι «Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση	Η συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση παραμένει ως έχει.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		περιλαμβανόμενη μεταξύ 50 και 1 000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1 500 V για το συνεχές ρεύμα, εξαιρέσει του υλικού και των φαινομένων τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II». Το Παράρτημα II της Οδηγίας, εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, μεταξύ άλλων, «Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός πλοίων, αεροπλάνων ή σιδηροδρόμων, ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη». Δεδομένου ότι το Παράρτημα II της Οδηγίας αποκλείει εξοπλισμούς του έργου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτήν, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτοί εξοπλισμοί οι οποίοι δεν θα διαθέτουν CE.	
2.	Τμήματα 1-7 / Άρθρα 2.1.4 Όρος Διακήρυξης	Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και τον όγκο ορισμένων εκ των εγγράφων του Τεχνικού Φακέλου, η μετάφρασή τους από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα δεν κρίνεται πρακτικά σκόπιμη στο παρόν στάδιο προετοιμασίας της τεχνικής προσφοράς. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαγράμματα, δηλώσεις, πιστοποιήσεις ή άλλα σχετικά στοιχεία (χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται ο πίνακας συμμόρφωσης και η τεχνική περιγραφή) παρακαλούμε όπως	Επιβεβαιώνεται. Ως προς τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις και όσα εν γένει έγγραφα εμπίπτουν στην κατηγορία των εγγράφων με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, πληρώνοντας τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 2.1.4 της Διακήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα εξής: «Οι προσφορές, τα

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτή η υποβολή των εν λόγω εγγράφων στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση στα ελληνικά.	στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (...) Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών, τεχνικές δηλώσεις, κ.ο.κ., αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.».
3.	Τμήματα 1-7 / Άρθρο 2.3 Όρος Διακήρυξης / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α	Στην περιγραφή του Κριτηρίου Κ1 «Χρόνος απόκρισης για την αποκατάσταση βλαβών» αναφέρεται ότι: «Ελάχιστος χρόνος απόκρισης, ήτοι αποστολής τεχνικού, σε περίπτωση δυσλειτουργιών κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός τριών (3) ημερών» (σελ. 49 Διακήρυξης), ενώ στη Ενότητα «Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη» που αφορούν στα Τμήματα 1 έως 6 αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, υποχρεούται στην άμεση ανταπόκριση, παροχή τεχνικής	Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κριτήριο Κ1 με τίτλο «Χρόνος απόκρισης για την αποκατάσταση βλαβών», απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η αποστολή τεχνικού με φυσική παρουσία για όλα τα Τμήματα της Διακήρυξης, στοιχείο βαθμολογούμενο της προσφοράς τους. Η αναφορά στη σελίδα 94 της Διακήρυξης σχετικά με την

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		υποστήριξης και σύνταξη τεχνικής έκθεσης τριών (3) ημερών από την αναφορά προβλήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απομακρυσμένα είτε με φυσική παρουσία» (σελ. 94 Διακήρυξης). Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο χρόνος απόκρισης που βαθμολογείται στο Κριτήριο Κ1 αφορά στην ανταπόκριση και παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον Ανάδοχο, είτε απομακρυσμένα είτε με φυσική παρουσία.	απομακρυσμένη παροχή τεχνικής υποστήριξης έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής.
4.	Τμήματα 1-6 / Άρθρο 1.3.1 Όρος Διακήρυξης	Δεδομένου ότι ο χρόνος απόκρισης για την αποκατάσταση βλαβών και ο χρόνος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αποτελούν βαθμολογούμενα κριτήρια, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού του Τμήματος 6.	Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους όρους της Διακήρυξης.
5.	Τμήματα 1-6 / Άρθρο 1.3.1 Όρος Διακήρυξης	Προκειμένου να μπορέσουμε να προϋπολογίσουμε το κόστος της εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα στην Οικονομική σας Προσφορά, παρακαλούμε όπως μας γνωρίζετε τον αριθμό του προσωπικού του φορέα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση του προσφερόμενου Συστήματος Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) και στον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος 6, καθώς και τον τόπο παροχής της απαιτούμενης δια ζώσης και πρακτικής εκπαίδευσης.	Ο αριθμός του προσωπικού που θα εκπαιδευτεί στη χρήση του εξοπλισμού, καθώς και ο τόπος παροχής της εκπαίδευσης, θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους όρους της Διακήρυξης.
6.	Τμήματα 1-6 / Άρθρο 1.3.1	Δεδομένου ότι στις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου (σελ. 11 Διακήρυξης) για τον εξοπλισμό της θαλάσσιας ρύπανσης (ήτοι για τα Τμήματα 1 έως 6) στην περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση	Δεν επιβεβαιώνεται.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
	Όρος Διακήρυξης	αυτής πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ο ανάδοχος έλαβε γνώση της βλάβης, ενώ αντίστοιχα για τους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ήτοι για το Τμήμα 1) εντός δέκα (10) ημερών, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αμέσως επόμενη παράγραφος των γενικών υποχρεώσεων του Αναδόχου στην οποία αναφέρεται ότι: «Δύο ή περισσότερες βλάβες που καθιστούν τον εξοπλισμό μη λειτουργικό για περισσότερες από δέκα (10) ημέρες εντός περιόδου δύο μηνών, θα συνεπάγονται την αντικατάσταση του εξοπλισμού με καινούριο εξοπλισμό.» έχει εφαρμογή μόνο στο Τμήμα 7.	Πρόκειται για αυτοτελή υποχρέωση του Αναδόχου μεταξύ των γενικών υποχρεώσεων του, όπως αυτές ορίζονται στη Διακήρυξη.
7.	Τμήματα 1-7 / Άρθρο 1.3.1 Όρος Διακήρυξης	Επιπλέον, στις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου (σελ. 11 Διακήρυξης) αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συντήρηση του εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης». Δεδομένου ότι από τους όρους της διακήρυξης δεν ορίζεται υποχρέωση συντήρησης του εξοπλισμού για τα Τμήματα 1 έως 6, όπως σαφώς ορίζεται για το Τμήμα 7 (βλ. σελ. 102 Διακήρυξης), παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ανωτέρω παράγραφος έχει εφαρμογή μόνο στο Τμήμα 7.	Δεν επιβεβαιώνεται. Ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνεται μεταξύ των προβλεπόμενων γενικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και έχει εφαρμογή στο σύνολο των Τμημάτων.
8.	Τμήμα 6 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α	Στην Ενότητα «Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη» που αφορούν στα Τμήματα 1 έως 6 (σελ. 94 Διακήρυξης) αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού των Τμημάτων 1 έως 6 της Σύμβασης για περίοδο	Η συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση παραμένει ως έχει.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής». Για το Τμήμα 6 το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την προμήθεια Συστήματος Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), η πρόβλεψη ελάχιστης παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη θεωρείται δυσανάλογη σε σχέση τις συνήθεις προσφερόμενες εγγυήσεις των κατασκευαστών ΣμηΕΑ και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας αποτελεί και βαθμολογούμενο Κριτήριο (Κριτήριο Κ3) προτείνεται ο ελάχιστος χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας να περιοριστεί στα δύο (2) έτη ή στις 100 ώρες πτήσης ανά σύστημα (όποιο επέλθει πρώτο) για το ΣμηΕΑ και στο ένα (1) έτος για τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Τμήματος 6, ώστε να συμβαδίζει με τους συνήθεις όρους εγγύησης της αγοράς για αυτά τα είδη εξοπλισμού. Εξάιρεση στα ανωτέρω θα πρέπει να αποτελεί ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης των συσσωρευτών του ΣμηΕΑ, ο οποίος λόγω της ιδιαιτερότητας των τεχνικών χαρακτηριστικών τους δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.	
9.	Τμήματα 1-6 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α	Επιπλέον στην Ενότητα «Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη» που αφορούν στα Τμήματα 1 έως 6 (σελ. 94 Διακήρυξης) αναφέρεται ότι «Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών πρέπει να είναι εγγυημένη για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη λήξη της περιόδου της προσφερόμενης εγγύησης.». Δεδομένου της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης των ειδών του εξοπλισμού του Τμήματος 6, η απαίτηση για	Η συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση παραμένει ως έχει.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης θεωρείται μη ρεαλιστική και για το λόγο αυτό προτείνεται να περιοριστεί σε δύο (2) έτη μετά τη λήξη της περιόδου της προσφερόμενης εγγύησης.	
10.	Τμήμα 7 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α	Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα αναφερόμενα στη σελ. 100 της Διακήρυξης σχετικά με την Εγγύηση του εξοπλισμού αφορούν αποκλειστικά στο Τμήμα 7 και δεν έχουν εφαρμογή στα Τμήματα 1 έως 6.	Επιβεβαιώνεται.
11.	Τμήμα 7 Παράρτημα ΙΙ Πίνακες Συμμόρφωσης (σελ. χχ)	Στο Παράρτημα ΙΙ Πίνακες Συμμόρφωσης, Τμήμα 7: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, σελ.80 Α/Α 11, αναφέρεται το ακόλουθο: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια στα Ελληνικά (δύο αντίγραφα για κάθε αναλυτή, βαθμονομητή κ.λπ.) σε πλαστικοποιημένη μορφή και σε ψηφιακή μορφή, που πρέπει να περιέχουν...» Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ανωτέρω ζητούμενα εγχειρίδια για το σύνολο των εξοπλισμών, δύναται να κατατεθούν κατά την Φάση Α του έργου: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού.	Επιβεβαιώνεται. Τα εν λόγω εγχειρίδια δεν αποτελούν περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς. Παραδίδονται κατά την παράδοση του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο δεσμευτικό από το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
12.	Τμήμα 7 Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης (σελ. 80)	Στο Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης, Τμήμα 7: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, σελ.80 A/A 17, αναφέρεται το ακόλουθο: «Όλα τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών μετά την οριστική παραλαβή τους, η οποία θα κατατεθεί. Η εγγύηση θα καλύπτει και την αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού η οποία θα απαιτηθεί». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι ζητούμενες γραπτές εγγυήσεις 3 ετών δύναται να κατατεθούν κατά την Φάση Α του έργου: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού.	Η εγγύηση δεν αποτελεί περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς. Η γραπτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας για όλα τα προσφερόμενα είδη διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών θα κατατεθεί μετά την οριστική παραλαβή τους. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης (γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών) πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο δεσμευτικό από το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς.
13.	Τμήμα 7 Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης (σελ. 85)	Στο Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης, Τμήμα 7: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, σελ.85 A/A 24, αναφέρεται το ακόλουθο σχετικά με τους Κλωβούς: «Γραπτή εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 5 ετών τουλάχιστον». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ζητούμενη εγγύηση δύναται να κατατεθεί κατά την Φάση Α του έργου: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού.	Επιβεβαιώνεται. Παραδίδεται κατά την παράδοση του εξοπλισμού. Η εν λόγω εγγύηση θα πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο δεσμευτικό από το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς.

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
14.	Τμήμα 7 Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης (σελ. 91)	Στο Παράρτημα II Πίνακες Συμμόρφωσης, Τμήμα 7: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, σελ.91 A/A 16, αναφέρεται το ακόλουθο σχετικά με τις Φιάλες του Συστήματος Βαθμονόμησης: «Κάθε φιάλη θα συνοδεύεται από έγγραφα πιστοποίησης συγκέντρωσης, ακρίβειας ανάλυσης περιεχομένου, χρονικής σταθερότητας και πίεσης πλήρωσης, ισχύος τουλάχιστον ενός έτους». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ζητούμενα έγγραφα πιστοποίησης των φιαλών, δύναται να κατατεθούν κατά την Φάση Α του έργου: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού.	Επιβεβαιώνεται. Τα εν λόγω έγγραφα δύναται να κατατεθούν κατά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και δεν αποτελούν περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο δεσμευτικό από το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς.